



Por requisitos de la **ISO 9001:2008**, las balanzas que se empleen o se adquieran como equipos de medida de la carga de gas deberán tener una precisión de la denominada Clase III, o que pesen:

De 0 - 200 Gr.	Precisión 0,1 Gr.
De 0 - 2 Kg.	Precisión 1 Gr.
De 0 - 5 Kg.	Precisión 2 Gr.

Existen muchas balanzas en el mercado que cumplen este requisito, entre ellas, las de la marca OHAUS modelos CS 200, CS 2000 y CS 5000.